

三層構造 四つ折り BLISSMASK

JIS規格 医療用サージカルマスク

日本産業規格JIS T 9001 医療用マスク クラスII 適合番号M22206001

クラスII
JIS T 9001
医療用マスク



50枚入/箱
10枚/袋×5袋

商品名		医療用JIS規格サージカルマスク 50枚入(10枚入×5袋) クラス2／四つ折り (175mm × 95mm)
型 番		BM-MM99TL2
JANコード		4570080450904
入 数		50枚入(10枚×5袋)
生産基準		日本産業規格JIS T 9001 医療用マスク クラスII 適合番号M22206001
基本規格		三層(白)内向き溶接
不織布	表面	PP 30g
	中間層	PFE99% メルトブローン25g
	裏面	PP 25g 柔らかさ強化
ノーズ ワイヤー	長さ	105±5mm
	材質	PE
耳ひも	長さ	溶接後16.5cm±0.5cm
	材質	4mm平紐 PE・PU
	溶接方向	内向き 裏面溶接
サイズ		175mm × 95mm (±5mm)
化粧箱サイズ		185mm×100mm×95mm (±3mm)
サイズ		520mm×390mm×440mm (±5mm)
形 状		四つ折りブリーツ Ω型
フィルター部の 性能表示		細菌濾過効率：BFE≥99%
		微粒子濾過効率：PFE≥99%
		ウイルス飛沫過効率：VFE≥99%
		血液不浸透性：120mmHg
		呼吸抵抗：<5 mmH ₂ O/cm ²
		延焼性：CLASS 1
※フィルターの透過性試験測定値：(一財)カケンテストセンター測定		



日本産業規格 JIS T 9001
医療用マスク クラスII 規格適合番号 M22206001

適合番号発行元: JHPA

試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

取扱販売店



正晃株式会社



販売元

ブリスメディカル株式会社

<https://www.seikonet.co.jp/products/>

福岡第一営業所 (092) 611-8131
福岡第二営業所 (092) 611-5335
福岡西営業所 (092) 330-6060
北九州営業所 (093) 671-8006
久留米営業所 (0942) 45-1331

佐賀営業所 (0952) 22-7841
長崎営業所 (0957) 49-2780
熊本営業所 (096) 380-0055
大分営業所 (097) 558-0025
宮崎営業所 (0985) 27-1331

鹿児島営業所 (099) 260-7133
沖縄営業所 (098) 888-3666
山口営業所 (083) 972-0215
下関配送センター (083) 248-3862
岡山営業所 (086) 250-1205

東京支店 (03) 5947-6680
海外営業所 (092) 611-5570
移設営業所 (03) 5935-6613
福岡物流センター (092) 624-6333