

三層構造 四つ折り **BLISSMASK** JIS規格 医療用サージカルマスク

日本産業規格JIS T 9001 医療用マスク クラスII 適合番号M22206001

クラスII
JIS T 9001
医療用マスク



50枚入/箱
10枚/袋×5袋



商品名	医療用JIS規格サージカルマスク 50枚入(10枚入×5袋) クラスII/四つ折り (175mm × 95mm)	
型番	BM-MM99TL2	
JANコード	4570080450904	
入数	50枚入(10枚×5袋)	
生産基準	日本産業規格JIS T 9001 医療用マスク クラスII 適合番号M22206001	
基本規格	三層(白)内向き溶接	
不織布	表面	PP 30g
	中間層	PFE99% メルトブローン25g
	裏面	PP 25g 柔らかさ強化
ノーズ ワイヤー	長さ	105±5mm
	材質	PE
耳ひも	長さ	溶接後16.5cm±0.5cm
	材質	4mm平紐 PE・PU
	溶接方向	内向き 裏面溶接
サイズ	175mm × 95mm (±5mm)	
化粧箱サイズ	185mm × 100mm × 95mm (±3mm)	
サイズ	520mm × 390mm × 440mm (±5mm)	
形状	四つ折りブリーツ Ω型	
フィルター部の 性能表示	細菌濾過効率: BFE ≥ 99% 微粒子濾過効率: PFE ≥ 99% ウイルス飛沫過効率: VFE ≥ 99% 血液不浸透性: 120mmHg 呼吸抵抗: <5 mmH ₂ O/cm ² 延焼性: CLASS 1	
	※フィルターの透過性試験測定値:(一財)カケンテストセンター測定	



日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスII 規格適合番号 M22206001 適合番号発行元: JHPA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

取扱販売店



正晃株式会社



販売元
プリスメディカル株式会社

<http://seikonet.jp/customer/>

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 福岡第一営業所 (092)611-8131 | 久留米営業所 (0942)45-1331 | 宮崎営業所 (0985)27-1331 | 山口営業所 (083)972-0215 |
| 福岡第二営業所 (092)611-5335 | 大分営業所 (097)558-0025 | 鹿児島営業所 (099)260-7133 | 下関配送センター (083)248-3862 |
| 福岡西営業所 (092)330-6060 | 佐賀営業所 (0952)22-7841 | 長崎営業所 (0957)49-2780 | 海外営業所 (092)611-5570 |
| 北九州営業所 (093)671-8006 | 熊本営業所 (096)380-0055 | 沖縄営業所 (098)888-3666 | 東京支店 (03)5947-6680 |